

一、申请人资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具体要求：提供 2021 年度有效的财务审计报告，2022 年及之后新成立的公司如没有财务审计报告的，可提供基本存款账户开户银行出具的资信证明；

2) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业能力的资料或承诺函。

3) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具体要求：提供 2022 年 1 月以来任意 3 个月的依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料；

4) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5) 投标人应是在中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格，具有可靠的资金来源，并保证所投资金的合法性，具有有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）；

6) 参加本次招标活动前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的投标人，拒绝其参与本次招标活动。信用记录查询渠道为“信用中国”网，查询时间为购买招标文件之日至开标前一天的任意时间，投标人须提供查询记录截图并加盖公章，作为信用信息查询记录和证据编入投标文件；

2. 采购项目需要落实的政府采购政策：

① 对小、微型(含监狱企业/残疾人福利性单位)产品的价格给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审，但须提供中小企业声明函，严格按照（财库[2022]19 号）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》执行。提供的声明函必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任；符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库【2017】141 号规定的《残疾人福利性单位声明函》，提供的声明函必须真实，如有虚假，将依法承担相应责任。

② 对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份（贵州省、云南省、青海省）的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除，即采用综合评分法或性价比法进行评审的，在总得分基础上加 3 分；采用最低评标价法进行评审的，对其产品的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。

③ 投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），在招标采购评审工作过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加 0.3 分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加 0.5 分，最高不得超过 2 分（须提供证明材料）。

3、特殊资格要求：投标供应商须具备《医疗器械经营许可证》和《二类医疗器械经营备案凭证》。

二、商务要求

- (一) 合同履行期限：合同签订后 30 日历天完成供货并安装调试验收；
- (二) 交货地点：遵义市中医院新蒲院区；
- (三) 投标保证金金额：叁万元整（小写¥30000.00元）；
- (四) 投标有效期：投标截止日后60天（日历天）

三、评标办法

本项目采用 综合评分法 进行评审。

四、技术参数及要求

采购内容：采购血透设备一批。

附件 1

血液透析机参数（单泵）

1. **★人机交互**：≥14 英寸的彩色液晶显示器，触摸屏操作，屏幕可以旋转。
2. 4 种自动运转消毒程序可选，可任意更改。
3. 具有在线预冲功能，预冲液联机在线排放。
4. 机身宽≤440mm，机身高度≥1350mm，具有声光报警指示，3 种颜色报警灯，方便观察和操作。
5. **★具有动脉壶液面电动调整功能和静脉壶液面电动调整功能。**
6. 可预存 8 条钠浓度曲线。
7. **★可预存 8 条碳酸氢盐浓度曲线。**
8. 有单独的 A、B 浓缩液泵，透析液浓度和 B 液浓度可单独监测并控制。
9. 按下预冲的启动键即可自动完成管路、透析器预冲。
10. 可以使用透析液进行在线的回血，并且可以追加回血量。
11. 设备自身具备静脉夹和动脉夹。
12. 设备使用期限大于 30000 小时。
13. 血泵可以正转也可以反转。
14. **★供水压力：1.5~7bar。**

15. 透析液流速：300~700mL/min。透析液温度：34.0~40.0°C。
16. 超滤速度：0.50~4.00L/h。
17. 动脉血泵：50~600mL/min。
18. 空气监测器：监测方法：超声波；检测精度：0.005mL。
19. 泵前动脉压力：测量范围：-200~+400mmHg。静脉压力：测量范围：-200~+400mmHg。泵后动脉压（滤器前压）：测量范围：-100~+400mmHg。
20. 标配通讯组件。
21. 标配碳酸氢盐干粉自动配制系统。
22. 透析液压力：测量范围：-400~+400mmHg。
23. 透析液浓度：12.5~18.0mS/cm。

附件 2

血液透析过滤机参数（双泵）

24. ★屏幕大于 14 英寸，彩色液晶显示。屏幕可旋转。
25. 消毒脱钙消毒模式下，总消毒时间≤40min。
26. 可以使用置换液进行在线的预冲，并且预冲液联机在线排放。
27. 按下引血键后开始引血，自动完成引血，引血完成后，会发出提示音。
28. ★具有碳酸氢盐浓度曲线，并可预存 8 条。
29. 先吸 B 原液后吸 A 原液，有单独的 A 浓缩液泵和 B 浓缩液泵，透析液浓度和 B 液浓度可单独监测并控制。
30. 具有透析液浓度曲线，并可预存 8 条。
31. 标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统。
32. 具有超滤曲线，并可预存 8 条。
33. 具有置换液泵传感器，可以检测泵盖是打开或关闭。
34. 置换液流速可以根据跨膜压自动调节。
35. 设备自身具备静脉夹和动脉夹。
36. 具有声光报警功能，报警指示灯颜色至少 3 种。

37. ★动脉壶液面和静脉壶液面可以通过触屏电动调节。
38. ★标准配备患者卡，患者卡可存储患者的信息、透析条件以及治疗的数据。
39. 血泵可以正向运转，也可以反向运转。
40. 设备可以检测肝素泵上是否有注射器。
41. 记录设定、报警和操作等信息，即使停电装置记录数据也会保留。
42. 可以预存 4 种消毒程序，并可制定一周的消毒计划。消毒完成后可自动关机或启动自检。
43. 支持置换液在线预充、生理盐水预充、HD 模式下也可以在线预充。
44. 机器内部液路流程及相关参数可在设备屏幕上实时显示。
45. 标配通讯组件。
46. 置换液量可以随血液量按比例自动进行调整。
47. ★供水压力：1.0~6bar。
48. 透析液温度：34.0~40.0° C。
49. 空气监测器：超声波原理；检测精度：0.005mL。
50. 在线 HDF/HF 置换液泵：5~28.00L/h。
51. 跨膜压精度±10mmHg。
52. 泵前动脉压力：测量范围：-200~+400mmHg。泵后动脉压（滤器前压）：测量范围：-100~+400mmHg。静脉压力：测量范围：-200~+400mmHg。
53. 透析液浓度：12.0~18.0mS/c

